natus®

Holder for Dantec® DCN Disposable Concentric Needle Electrode

Instructions for Use

Gebrauchsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso
Instruções de uso
Gebruiksaanwijzingen
Bruksanvisning
Brugsvejledning
Käyttöohjeet
Bruksanvisning

Οδηγίες χρήσης
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Kullanım Yönergeleri
使用说明
使用説明書
Указания по эксплуатации
ركشنلا ليلد

Dantec® is the trademark of Natus

Rx only

CH REP **Arazy Group Switzerland GmbH**
Bruderholzallee 53
4059 Basel
Switzerland
swiss.ar@arazygroup.com

UK **UK Responsible Person**
Optima Medical Ltd (Neuro),.
30a Alan Turing Road
The Surrey Research Park Guildford
Surrey GU2 7AA United Kingdom

Natus Manufacturing Limited.
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Ireland
1-800-356-0007
natus.com

014029 07 05 November 2024

English

Holder for Dantec® DCN Disposable Concentric Needle Electrode
Instructions for use

Catalogue Number 9013C0014

Enclosed is a cable for the Dantec® DCN disposable concentric needle electrode. The system offers an orientation free connection and a lightweight, flexible shielded cable for ease of use.

Intended Use:
Dantec® DCN Disposable concentric needle electrodes (available in boxes of 25) which may be used with this holder are:

Order number	Needle length	Needle diameter	Recording area	Color
9013S0012	25 mm	0.30 mm	0.02 mm²	Orange
9013S0022	25 mm	0.46 mm	0.07 mm²	Green
9013S0032	37 mm	0.46 mm	0.07 mm²	Blue
9013S0042	50 mm	0.46 mm	0.07 mm²	Red
9013S0052	75 mm	0.64 mm	0.07 mm²	Yellow

Referenced Standards
- ISO 15223-1:2021: Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements
- USA Code of Federal Regulations. 21 CFR Part 801. § 801.109(b)(1)
- Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the council.

Cleaning Instructions
The reusable lead cable should be wiped with an alcohol wipe after use.
Do not autoclave this reusable lead cable.

Note:
1. In the event of a serious incident, report immediately to manufacturer and local competent authority.
2. Needle electrodes and the associated cables are for professional use only.
3. For use with patients of all ages. Not for fetal use.
4. Not made of natural rubber latex.

Disposal Instructions:
Natus is committed to meeting the requirements of the European Union WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Regulations 2014. These regulations state that electrical and electronic waste not disposed of as unsorted municipal waste requires separate treatment and recovery to ensure that WEEE is reused or recycled safely. In line with that commitment Natus may pass along the obligation for such treatment to the end-user, unless other arrangements have been made. Please contact us for details on the collection and recovery systems available to you in your region at www.natus.com

Electrical and electronic equipment (EEE) contains materials, components and substances that may be hazardous and present a risk to human health and the environment when WEEE is not handled correctly. Therefore, end users also have a role to play in ensuring that WEEE is reused and recycled safely. Users of electrical and electronic equipment must not discard WEEE together with other wastes. Users must use the municipal collection schemes or the producer systems take-back obligation or licensed waste carriers to reduce adverse environmental impacts, conserve natural resources and recover valuable electrical and electronic equipment and to increase opportunities for reuse, recycling and recovery of waste electrical and electronic equipment.

Equipment marked with the below crossed-out wheeled bin in electrical and electronic equipment means that the product falls within the scope of the WEEE directive and that waste electrical and electronic equipment should not be discarded together with unseparated waste but must be collected separately.

Symbol

Glossary of Symbols

Symbol	Glossary of Symbols
REF ISO 15223-1 Symbol 5.1.6	Catalog/product number Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified.
LOT ISO 15223-1 Symbol 5.1.5	LOT number Indicates the manufacturer's LOT number so that a specific medical device can be identified.
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	Device is cleared for the US market as requiring a prescription USA Code of Federal Regulations 21 CFR Part 801, § 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Symbol 5.4.3	Consult Instruction For Use
ISO 15223-1 Symbol 5.2.8	Do not use if package is damaged
ISO 7010-W012	Warning All risks associated with use of equipment that an end-user must be aware of in order to safely use a device.
ISO 7010-M059	Waste Electrical and Electronic Equipment
ISO 15223-1 Symbol 5.3.4	Keep Dry
MD ISO 15223-1 Symbol 5.7.7	Medical device Indicates that the item is a medical device.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.4	Caution All risks associated with the product identified with the harmonized symbol.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.5	Not made with natural rubber latex
ISO 15223-1 Symbol 5.1.1	Manufacturer Indicates the medical device manufacturer, as defined in EU Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC.
CH REP	Swiss Medical Device Ordinance (MedDO) Indicates the Authorized Representative in Switzerland
UK CA 2002	UKCA Mark Signifies Great Britain (England, Wales, and Scotland) conformity.
CE MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	CE Mark Signifies European conformity
ISO 15223-1 Symbol 5.1.8	Country of manufacture Identifies the country of manufacture of products. The date of manufacture may appear adjacent to this symbol.
ISO 15223-1 Symbol 5.1.11	Pays de fabrication Identifie le pays de fabrication des produits. La date de fabrication peut figurer à côté de ce symbole.

Français

Porte-aiguille pour électrode-aiguille concentrique jetable Dantec® DCN
Mode d'emploi

Référence catalogue 9013C0014

Vous trouverez ci-joint un câble pour l'électrode-aiguille concentrique jetable Dantec® DCN. Ce système permet une connexion sans orientation spécifique, avec un câble léger et blindé pour faciliter l'utilisation.

Utilisation prévue :
Avec ce support, vous pouvez utiliser les aiguilles-aiguilles concentriques jetables Dantec® DCN suivantes (en boîtes de 25) :

Numéro de commande	Longueur de l'aiguille	Diamètre de l'aiguille	Zone d'enregistrement	Couleur de l'embase
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,02 mm²	Orange
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Vert
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Bleu
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Rouge
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Jaune

Normes de référence
- ISO 15223-1:2021: Appareils médicaux - Symboles à utiliser pour les étiquettes des appareils médicaux, étiquetages et informations à fournir - Partie 1 : Exigences générales
- USA Code of Federal Regulations (réglementations fédérales américaines). 21 CFR Part. 801. § 801.109(b)(1)
- Directive 2012/19/UE du Conseil et du Parlement européen.

Consignes de nettoyage
Essuyer le câble conducteur réutilisable avec une lingette imbibée d'alcool après usage.
Ne pas passer à l'autoclave ce câble réutilisable.

Remarque :
1. En cas de incident grave se produit, merci de le signaler immédiatement au fabricant et à l'autorité locale compétente.
2. Les électrodes-aiguilles et leurs câbles sont réservés à un usage professionnel exclusivement.
3. Pour des patients de tous âges. Ne convient pas pour les fœtus.
4. Produit ne contenant pas de tatex de caoutchouc naturel.

Instructions pour la mise au rebut :
Natus s'engage à respecter les réglementations de l'Union européenne concernant les DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) de 2014. Ces réglementations obligent à ce que les déchets électriques et électroniques qui ne sont pas traités comme des ordures ménagères se fasse traiter et les récupérer de manière à les recycler ou les réutiliser en toute sécurité. Pour honorer cet engagement, Natus peut transmettre cette obligation de traitement à l'utilisateur final, sauf si des arrangements ont été mis en place. Pour plus de détails sur les systèmes de collecte et de récupération qui sont disponibles dans votre région, merci de contacter www.natus.com

Lorsqu'ils ne sont pas éliminés comme il se doit, les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent des substances, des composants et des substances qui peuvent être dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement. En conséquence, les utilisateurs finaux ont un rôle à jouer pour assurer que les DEEE sont réutilisés et recyclés en toute sécurité. Les utilisateurs de produits électriques et électroniques ne doivent pas jeter ces derniers avec les autres déchets. Les utilisateurs doivent utiliser les différents dispositifs de collecte municipaux, les services de récupération de fabricant/de l'importateur, ou un service de transport de déchets spécialisé pour réduire les effets indésirables sur l'environnement et pour augmenter les possibilités de réutilisation, de recyclage et de récupération.

Les équipements marqués d'un pictogramme de poubelle roulante barrée en croque comme ceux qui figure ci-dessous sont des DEEE. La pictographie indique que les DEEE ne doivent pas être mis au rebut dans les ordures ménagères, mais qu'ils doivent être jetés séparément.

Symbol

Glossaire des symboles

Symbol	Glossaire des symboles
REF ISO 15223-1 Symbol 5.1.6	Référence produit/catalogue Indique le numéro de référence catalogue du fabricant, de manière à pouvoir identifier l'appareil médical.
LOT ISO 15223-1 Symbol 5.1.5	Numéro de LOT Indique le numéro de LOT du fabricant, de manière à pouvoir identifier un appareil médical spécifique.
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	L'appareil est approuvé pour le marché américain sous réserve qu'il soit prescrit par le USA Code of Federal Regulations. 21 CFR Part 801. § 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Symbol 5.4.3	Consulter le mode d'emploi.
ISO 15223-1 Symbol 5.2.8	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
ISO 7010-W012	Avertissement Tous les risques associés à l'utilisation de cet équipement dont l'utilisateur final doit être averti pour utiliser l'appareil en toute sécurité.
ISO 7010-M059	Déchets d'équipements électriques et électroniques.
ISO 15223-1 Symbol 5.3.4	Conserver au sec.
MD ISO 15223-1 Symbol 5.7.7	Dispositif médical Indique que l'appareil est un appareil médical.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.4	Mise en garde Toutes les mises en garde associées au produit identifié avec un symbole harmonisé.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.5	Ne contient pas de caoutchouc naturel.
ISO 15223-1 Symbol 5.1.1	Fabricant Indique le fabricant de l'appareil médical, tel que défini dans les Directives européennes 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
CH REP	Ordonnance suisse sur les dispositifs médicaux (ODim) Indique le représentant agréé en Suisse.
UK CA 2002	En conformité avec les exigences toutes les Royaume-Uni.
CE MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	Marque CE Indique la conformité technique européenne.
ISO 15223-1 Symbol 5.1.8	Pays de fabrication Identifie le pays de fabrication des produits. La date de fabrication peut figurer à côté de ce symbole.

Deutsch

Halter für Dantec® DCN konzentrische Einweg-Nadelelektrode
Gebrauchsanweisung

Katalognummer 9013C0014

Beiliegend finden Sie ein Kabel für die Dantec® DCN konzentrische Einweg-Nadelelektrode. Das System bietet eine freie Ausrichtung und ein leichtes, flexibles abgeschirmtes Kabel mit nur geringem Gewicht, das leicht zu verwenden ist.

Verwendungszweck:
Zu den Dantec® DCN konzentrischen Einweg-Nadelelektroden (erhältlich in Kartons mit je 25 Stück), die mit diesem Halter verwendet werden können, zählen:

Bestell-nummer	Nadel-länge	Nadel-durchmesser	Aufnahme-fläche	Nabenfarbe
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,02 mm²	Orange
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Grün
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Blau
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Rot
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Gelb

Normen a las que se hace referencia
- ISO 15223-1:2021: Dispositivos médicos - Símbolos que se van a utilizar con etiquetas, etiquetado e información que se va a suministrar - Parte 1: Requisitos generales
- Código de Regulaciones Federales de los EE. UU. 21 CFR Parte 801. § 801.109(b)(1)
- Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

Instrucciones de limpieza
La derivación reutilizable debe limpiarse con alcohol después de usarse.
No esterilice en autoclave esta derivación reutilizable.

Nota:
1. En el caso de que se produzca un incidente grave, informe del mismo inmediatamente al fabricante y a la autoridad local competente.
2. Los electrodos de aguja y los cables correspondientes han de ser utilizados por profesionales.
3. Pueden utilizarse en pacientes de cualquier edad. No deben utilizarse en fetos.
4. Artículo no fabricado con látex natural.

Instrucciones para la eliminación:
Natus se comprometa a cumplir con la requisitos de la Directiva RAEE 2014 (sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) de la Unión Europea. Estas regulaciones estipulan que los residuos eléctricos y electrónicos deben recuperarse y reciclarse de forma segura si no se envían como residuos municipales sin clasificar. Con el fin de garantizar que el aparato eléctrico y electrónico sea reutilizado o reciclado de forma segura, Natus puede transferir la obligación de tratamiento al usuario final, salvo que se hayan establecido otras disposiciones. Para obtener más información sobre los sistemas de recogida y recuperación de equipos en su área, póngase en contacto con nosotros en www.natus.com.

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) contienen materiales, componentes y sustancias que pueden resultar peligrosos y que presentan un riesgo potencial para la salud y el medio ambiente si los RAEE no se manipulan de forma correcta. Por lo tanto, los usuarios finales también desempeñan un papel que desempeñar en el reciclaje seguro de los RAEE se reutilizan y reciclen de manera segura. Los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminar los RAEE junto con otros desechos. Los usuarios deben utilizar los sistemas de recogida selectiva municipales o hacer valer la obligación de recogida del fabricante/importador o bien ponerse en contacto con el transportista especializado para el transporte de residuos con el fin de reducir el impacto ambiental adverso relacionado con la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, mejorar la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos para la reutilización, el reciclado y la recuperación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El equipo marcado con la imagen de un contenedor con ruedas tachado significa que es un aparato eléctrico y electrónico. El símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que el equipo eléctrico y electrónico no debe ser desechado junto con residuos no separados sino que debe recogerse de forma separada.

Symbol

Glosario de símbolos

Símbolo	Glosario de símbolos
REF ISO 15223-1 Símbolo 5.1.6	Número de catálogo/producto Indica el número de catálogo del fabricante para que pueda identificarse el dispositivo médico.
LOT ISO 15223-1 Símbolo 5.1.5	Número de LOTE Indica el número de LOTE del fabricante para que pueda identificarse el dispositivo médico específico.
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	El dispositivo ha sido aprobado para el mercado de EE. UU. bajo prescripción médica según el Código de Regulaciones Federales de los EE. UU. 21 CFR Parte 801. § 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Símbolo 5.4.3	Consultar las instrucciones de uso
ISO 15223-1 Símbolo 5.2.8	No utilice el artículo si el envase está dañado
ISO 7010-W012	Advertencia Todos los riesgos asociados con el equipo de los que debe ser consciente un usuario final para usar un dispositivo de manera segura.
ISO 7010-M059	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
ISO 15223-1 Símbolo 5.3.4	El artículo debe mantenerse seco
MD ISO 15223-1 Símbolo 5.7.7	Dispositivo médico Indica que el artículo es un dispositivo médico.
ISO 15223-1 Símbolo 5.4.4	Precaución Todos los precauciones asociadas con el producto identificado con el símbolo armonizado.
ISO 15223-1 Símbolo 5.4.5	No fabricado con látex natural
ISO 15223-1 Símbolo 5.1.1	Fabricante Indica el fabricante del dispositivo médico, tal y como se define en las directivas de la UE 90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CE.
CH REP	Ordenanza suiza sobre productos sanitarios (MedDO) Indica el representante autorizado en Suiza
UK CA 2002	Cumple con los requisitos técnicos del Reino Unido
CE MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	Marca CE Significa conformidad técnica europea
ISO 15223-1 Símbolo 5.1.8	País de fabricación Identifica el país de fabricación de los productos. Junto a este símbolo puede aparecer la fecha de fabricación.

Español

Soporte para electrodo de aguja concéntrica desechable Dantec® DCN
Instrucciones de uso

Número de catálogo 9013C0014

Se incluye un cable para el electrodo de aguja concéntrica desechable Dantec® DCN. El sistema dispone una conexión con orientación libre y un cable reforzado ligero y flexible que facilitan su uso.

Uso previsto:
Los electrodos de agujas concéntrica desechables Dantec® DCN (disponibles en cajas de 25 unidades) que pueden usarse con este porta agujas son:

Longitud de aguja	Diámetro de aguja	Área de registro	Color del cubo
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,02 mm²	Naranja
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Verde
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Azul
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Rojo
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Amarillo

Vitatut standardit
- ISO 15223-1:2021: Lääkinnälliset laitteet - Lääketieteellisten laitteiden tarroissa, merkinnöissä ja toimitettavissa tiedoissa käytettävät symbolit - Osa 1: Yleiset vaatimukset
- Yhdysvaltain liittovaltion nro. 21 CFR Osa 801 § 801.109(b)(1)
- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EU.

Puhdistusohjeet
Käytön jälkeen uudelleen käytettävä kaapeli on pyyhittävä alkoholipyyhkeellä.
Uudelleen käytettävää kaapelia ei saa desinfioida autoklaavissa.

Huomautus:
1. Vakavan vaaratilanteen sattuessa ilmoita heti valmistajalle ja paikallisille toimivaltaisille viranomaisille.
2. Neulaelektrodit ja niihin liittyvät johdot on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.
3. Soja kaikenikäisille potilaille. Ei sikiöille.
4. Valmistuksessa ei ole käytetty luonnonkumilateksia.

Symbol

Merkkien sanasto

Symboli	Merkkien sanasto
REF ISO 15223-1 Symboli 5.1.6	Luettelo-/tuotenumero Ilmoittaa valmistajan luettelonumeron,jolla lääketeollisen laite voidaan tunnistaa.
LOT ISO 15223-1 Symboli 5.1.5	Eränumero Ilmoittaa valmistajan eränumeron, jolla tietty lääketeollisen laite voidaan tunnistaa.
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	Laite on hyväksytty Yhdysvaltojen markkinoille Yhdysvallan liittovaltion normin mukaisena määräystä edellyttäkää. 21 CFR Osa 801. § 801.109 (b)(1)
ISO 15223-1 Symboli 5.4.3	Katso käyttöohje.
ISO 15223-1 Symboli 5.2.8	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut.
ISO 7010-W012	Varoitus Kaikki laitteen käyttöön liittyvät vaarat, joista loppukäyttäjän on otettava huomioon laitteen käytön turvallisen.
ISO 7010-M059	Sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin.
ISO 15223-1 Symboli 5.3.4	Pidettävä kuivana.
MD ISO 15223-1 Symboli 5.7.7	Lääketeollinen laite Ilmoittaa, että kyseessä on lääketeollinen laite.
ISO 15223-1 Symboli 5.4.4	Tärkeä huomautus Kaikki tuotteeseen liittyvät tärkeät huomautukset, jotka on varustettu harmonisoidulla symbolil.
ISO 15223-1 Symboli 5.4.5	Valmistukseen ei ole käytetty luonnonkumilateksia.
ISO 15223-1 Symboli 5.1.1	Valmistaja Ilmoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan sellaisena kuin tämä on määritelty EU:n direktiivissä 90/385/EYY, 93/42/EEY ja 98/79/EY.
CH REP	Sveitsiläinen lääkinnällisten laitteiden asetus (medical device ordinance, MedDO) Indica el representante autorizado en Suiza
UK CA 2002	Osoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan teknisen vaatimustenmukaisuuden.
CE MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	CE-merkintä Osoittaa teknisen vaatimustenmukaisuuden Euroopassa.
ISO 15223-1 Symboli 5.1.8	Valmistusmaa Ilmaisee tuotteiden valmistusmaan. Valmistuspäivämäärä voi näkyä tämän symbolin viereisi.

Suomi

Kertakäyttöisen konsentrisen Dantec® DCN -neulaelektrodi pidike
Käyttöohjeet

Luettelonumero X21001

Pakkauksessa on kertakäyttöisen konsentrisen Dantec® DCN -neulaelektrodin pidin. Helppokäyttöyrityksiä varten tässä on kevyt, joustava ja suojattu kaapeli kaksi kertaa suojattu kaapeli.

Käyttötarkoitus:
Kertakäyttöisiä konsentrisia Dantec® DNC -neulaelektrodeja (saatavilla 25 kpl:n pakkauksissa), jotka voidaan käyttää tässä pitimessä, ovat pakkauksissa) ovat:

Tilausnumero	Neulan pituus	Neulan halkaisija	Rekisterointialue	Kannan väri
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,02 mm²	Oranssi
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Vihreä
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Sininen
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Punainen
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Keltainen

Käyttö standardit
- ISO 15223-1 2021: Medicinsk utstyr – Symboler til bruk på markerter til medicinsk utstyr, merkninger og informasjon som skal tilføyes - Del 1: Generelle krav
- Amerikansk kode for federal bestemmelser: 21 CFR, del 801. § 801.109 (b) (1)
- Direktiv 2012/19/EU fra Europaparlamentet og Europarådet.

Rengøringsanvisninger
Den återanvändbara kabeln bör torkas av med en kompress med alkohol efter varje användning.
Det återanvändbar förbindelsekabel med ikke autoklaveres.

Bemærk:
1. I tilfælde af en alvorlig hændelse skal det umiddelbart rapporteres til producent og til den lokale kompetente myndighed.
2. Nålelektroderne og de tilhørende kabler er kun til professionel brug.
3. Til brug på patienter i alle aldre. Ikke til brug på foster.
4. Ikke laget av naturgummilateks.

Dansk

Holder til koncentrisk Dantec® DCN-nålelektrode til engangsbruk
Brugervejledning

Katalognummer 9013C0014

Vedlagt er et kabel til Dantec® DCN koncentrisk nålelektrode til engangsbrug. Systemet tilbyder en retningsfri forbindelse og et let, fleksibelt og beskyttet skærmet kabel.

Tilsigtet anvendelse:
Dantec® DCN koncentriske nålelektroder til engangsbrug (hvæsens i æsker med 25), der kan anvendes med denne holder, er:

Bestillings nummer	Nålelængde	Nålediameter	Registrering-sområde	Farve
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,02 mm²	Orange
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Grøn
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Blå
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Rød
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Gul

Henvisninger
- ISO 15223-1 2021: Medicinske udstyr – Symboler til brug på markerter til medicinsk udstyr, mærkninger og oplysninger, der skal medfølge - Del 1: Almindelige krav
- USA's kod for federala föreskrifter: 21 CFR del 801. § 801.109(b)(1)
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU.

Instruksjoner for rengjøring
Den gjenbrukbare ledningen bør torkes av med en kompress med alkohol etter varje anvendelse.
Gjenbrukbare ledningen med ikke autoklaveres.

Merk:
1. I tilfeller av alvorlige hendelser skal det umiddelbart rapporteres til produsent og kompetent lokal myndighet.
2. Nålelektroder og tilhørende kabler er kun til profesjonell bruk.
3. For anvendelse på pasienter i alle aldre. Får ej användas på foster.
4. Ej tillverkad av naturgummilatex.

Svenska

Hållare för Dantec® DCN koncentrisk nålelektrod för engångsbruk
Bruksanvisning

Katalognummer 9013C0014

En kabel för Dantec® DCN koncentrisk nålelektrod för engångsbruk bifogas. För att underlätta handhavandet bestämt systemet av en vridkopplig samt en lätt och smidig skärmad kabel.

Avsedd användning:
Dantec® DCN koncentriska nålelektroder för engångsbruk (förpackning om 25) som kan användas tillsammans med denna hållare:

Beställnings-nummer	Nållängd	Nålladdiameter	Registrering-sområde	Hylsfärger
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,02 mm²	Orange
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Grön
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Blå
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Röd
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Gul

Hänvisade standarder
- ISO 15223-1: 2021: Medicintekniska produkter – Symboler som ska användas med etiketter, märkning och information som ska tillhandahållas - Del 1: Allmänna krav
- USA:s kod för federala föreskrifter: 21 CFR del 801. § 801.109(b)(1)
- Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU.

Instruktioner för rengöring
Den återanvändbara kabeln bör torkas av med en kompress med alkohol efter varje användning.
Autoklavera inte den här återanvändbara kabeln med en autoklav.

Obs:
1. Rapportera omedelbart allvarliga tillbud till tillverkaren och den lokala behöriga myndigheten.
2. Nålelektroderna och tillhörande kablar är endast avsedda för professionell bruk.
3. För användning på patienter i alla åldrar. Får ej användas på foster.
4. Ej tillverkad av naturgummilatex.

Norsk

Holder til Dantec® DCN Konsentriske nålelektroder til engangsbruk
Bruksanvisning

Katalognummer 9013C0014

Vedlagt er en kabel til Dantec® DCN konsentrisk nålelektrode til engangsbruk. Systemet gir en orientertgrit tilkobling og en lett, fleksibel, vernet kabel som gjør den enkel å bruke.

Tiltenkt bruk:
Dantec® DCN konsentriske nålelektroder tilengangsbruk (tilgjengelig i esker med 25 stk) som kan brukes sammen med denne holderen er:

Ordre-nummer	Nålelengde	Nålediameter	Registrering-sområde	Hylsefarge
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,02 mm²	Oransje
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Grønn
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Blå
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Rød
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Gul

Refererte standarder
- ISO 15223-1: 2021: Medisinske utstyrsenheter – Symboler til bruk på etiketter for medisinske utstyrsenheter, merking og informasjon som skal tilføyes - Del 1: Generelle krav
- Kode for federale forskrifter USA. 21 CFR del 801. § 801.109(b)(1)
- Europaparlamentets- og Rådsdirektiv 2012/19/EU.

Instruksjoner for rengjøring
Den gjenbrukbare kabelen bør tørkes av med en kompress med alkohol etter varje anvendelse.
Sterilisere ikke den her återanvändbara kabelen med en autoklav.

Merk:
1. Rapporter det alvorlige hendelser skal det umiddelbart rapporteres til produsent og kompetent lokal myndighet.
2. Nålelektroder og tilhørende kabler er kun til profesjonell bruk.
3. For anvendelse på pasienter i alle aldre. Ikke for fostre.
4. Ikke laget av naturlig gummilateks.

Polski

Uchwyt do jednorazowych koncentrycznych elektrod igłowych Dantec® DCN
Instrukcja obsługi

Numer katalogowy 9013C0014

Z przewodem przeznaczonym do jednorazowej koncentrycznej elektrody igłowej Dantec® DCN. System oferuje niezależne od orientacji połączenie oraz lekki, elastyczny, ekranowany przewód ułatwiający stosowanie.

Przeznaczenie
Jednorazowe koncentryczne elektrody igłowe Dantec® DCN (dostępne w opakowaniach po 25 sztuk), które mogą być stosowane z tym uchwytem to:

Numer zamówienia	Długość igłowej	Średnica igłowej	Obszar zapisu	Kolorobadki
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,02 mm²	Pomarańczowy
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Zielony
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Niebieski
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Czerwony
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Żółty

Przywołane normy
- ISO 15223-1:2021: Wyroby medyczne – Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, oznakowaniu i informacjach do dostarczenia - Część 1: Wymagania podstawowe
- Kodeks przepisów federalnych USA. 21 CFR Część 801. § 801.109 (b) (1)
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE.

Instrukcja dotyczące czyszczenia
Po użyciu odpowiedniego kabla przewodzącego należy przetrzeć wacikiem nasączonym w alkoholu.
Nie autoklawować odpowiedniego wielokrotnego użytku.

Uwaga:
1. W przypadku poważnego incydentu, natychmiast zgłoś się do producenta i właściwego organu kontrolnego.
2. Elektrody igłowe i kable do nich są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego.
3. Do stosowania u pacjentów w wszystkich grupach wieku. Nie używać w przypadku płodów.
4. Nie wykonano z kauczuku naturalnego.

Symbol

Uchwyt dotyczące utylizacji

Natus fortsätter att uppfylla kraven i EUs WEEE-föreskrifter (Waste Electrical and Electronic Equipment) fra 2014. I dessa föreskrifter står det att elektriskt och elektronisk avfall må samlas separat för att det ska kunna hanteras på ett sätt som garanterar att det kan ske återvinning eller att det kan ske att det behandlas och återvinning. för att säkerställa att WEEE återanvänds eller återvinns på ett säkert sätt. I enlighet med detta åtagande kan Natus överföra skyldigheten till slutanvändaren om inte annan ordning har träffats. Du bedes kontakta oss för ytterligare om indsamlings- och genvindingssystemer, som er tilgængelige for dig i det område, du befinder dig i, på www.natus.com

Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og udgøre en risiko for menneskers sundhed og miljøet, når WEEE ikke håndteres korrekt. Derfor spiller slutbrugerne også en rolle i at sikre, at WEEE genbruges og genanvendes forsvarligt. Brugere af elektrisk og elektronisk utstyr må ikke bortskaffe WEEE sammen med andet affald. Brugerne skal bruge de kommunale indsamlingsordninger eller producentens/importørens forpligtelse til tilbagetagelse eller licenserede affaldsservices for at minske de negative miljøpåvirkninger, bevare naturlige ressourcer og genvinde værdifulde elektriske og elektronisk utstyr og for at øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og genvinding af kasseret elektrisk og elektronisk utstyr.

Utstyr markert med nedenstående affaldsbeholder med kryds over er elektrisk og elektronisk utstyr. Symbolet med affaldsbeholderen med kryds over indikerer, at kasseret elektrisk og elektronisk utstyr ikke må bortskaffes sammen med ikke-kasseret affald, men skal indsamles separat.

Symbol

Glossar over symboler

Symbol	Glossar over symboler
REF ISO 15223-1 Symbol 5.1.6	Katalog-/produktnummer Angir produsentens katalognummer, slik at den medisinske utstyrsenheten kan identifiseres.
LOT ISO 15223-1 Symbol 5.1.5	PARTI-nummer Angir produsentens PARTI-nummer slik at en spesifikk medisinsk utstyrsenhet kan identifiseres.
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	Enheten er klarert for markedet i USA, som er som krever en resseptbelagt USA-kode etter federale forskrifter. 21 CFR del 801. § 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Symbol 5.4.3	Se bruksanvisningen.
ISO 15223-1 Symbol 5.2.8	Må ikke brukes hvis pakningen er skadet.
ISO 7010-W012	Advarsel Alle risiko forbundet med bruk av utstyr som en slutbruker vil være klar over for å bruk bunne bruke en enhet.
ISO 7010-M059	Avfall elektronisk og elektrisk utstyr.
ISO 15223-1 Symbol 5.3.4	Oppbevares tørt.
MD ISO 15223-1 Symbol 5.7.7	Medisinsk utstyrsenhet Indikerer at elementet er en medisinsk utstyrsenhet.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.4	Forsiktig Alle advarsler forbundet med produktet identifiseres med det harmoniserte symbolet.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.5	Ikke laget med naturlig gummilateks.
ISO 15223-1 Symbol 5.1.1	Produsent Angir produsenten av den medisinske utstyrsenheten, som definert i EU-direktivene 90/385/EEC, 93/42/EEC og 98/79/EC.
CH REP	Swiss Medical Device Ordinance (SchweizisK förordningen om medicintekniska produkter) (MedDO) Angir den autoriserte representanten i Sveits.
UK CA 2002	Angir teknisk samsvar i Storbritannia.
CE MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	CE-merking Angir europeisk teknisk konformitet.
ISO 15223-1 Symbol 5.1.8	Produksjonsland Angir landet der produktene produseres. Produksjonsdatoen kan vises ved siden av dette symbolet.

Slovenčina

Uchyť do jednorazových koncentrických elektrod igłowych Dantec® DCN
Instrukcja obsługi

Numer katalogowy 9013C0014

Z przewodem przeznaczonym do jednorazowej koncentrycznej elektrody igłowej Dantec® DCN. System oferuje niezależne od or

Nederlands

Houder voor wegwerpbare concentrische naaldelektrodes van Dantec®

Aanwijzingen voor gebruik

Catalogusnummer 9013C0014

Bijgevoegd is een ballet voor de wegwerpbare concentrische naaldelektrode van Dantec®. Het systeem wordt geleverd in set een ontsteriliseerbe verbinding en een gebruiksvriendelijke verbinding. Bestudeer eigegevens che si utilizza con facilità.

Bestemd gebruik:

Wegwerpbare concentrische naalden van Dantec® (verkrijgbaar in dozen van 25) die met deze houder kunnen worden gebruikt, zijn:

Bestel-nummer	Naaldlengte	Diameter	Registratiegebied	Kleur
		Kaliber	van-naar	kap
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,03 mm²	Orange
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Groen
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Blu
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Rood
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Kitjuvo

Gemeende normen

- ISO 15223-1:2021: Medische hulpmiddelen: symbolen voor gebruik op labels van medische apparatuur, etiketten en verpakkingen informatie. Deel 1: Algemene eisen
- Amerikaans wetbeek van federale regels. 21 CFR deel 801. § 801.109(b)(1)
- Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad.

Schoonmaakinstructies

De naaldhouder moet na gebruik met een in alcohol gedrenkt doekje worden schongewreven. Deze herhaalbare geleidingsstaaf niet in een autoclaaf sterliseren.

Opmerking:

1. Meld ernstige incidenten direct aan de fabrikant en aan de plaatselijke bevoegde autoriteiten.
2. De naaldelektroden en bijbehorende kabels zijn alleen voor professioneel gebruik.
3. Wees zeer bij patiënten van alle leeftijden. Niet voor gebruik bij foetussen.
4. Niet gemaakt van natuurlijk rubber latex.

Ελληνικά

Κάτοχος συγκράτησης για ηλεκτρόδια σύρκεντρων βελονών μίας χρήσης Dantec® DCN

Οδηγίες χρήσης

Αριθμός καταλόγου 9013C0014

Συνοδεύει κιβωτίο για τη συγκράτηση βελόνες μίας χρήσης Dantec® DCN. Το σύστημα παρέχεται μια σύνδεση χωρίς συγκεκριμένο προστατευτικό και ένα ελαφρύ, εύκαιρτο, θυρεοειδοποιό κιβώτιο για εκκαθάρ χρήσης.

Προορίζόμενη χρήση:

Κατάλληλες βελόνες μίας χρήσης Dantec® DCN (διαθέσιμες σε κουτί των 25) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό το εξάρτημα συγκράτησης, είναι:

Αριθμός παραγγελίας	Μήκος βελόνας	Διάμετρος βελόνας	Περιοχή καταγραφής	Χρώμα κάλυμμα
		Διάμετρος	από-μέχρι	
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,03 mm²	Πορτοκαλί
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Πράσινο
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Μπλε
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Κόκκινο
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Κίτρινο

Αναφερόμενα πρότυπα

- ISO 15223-1:2021: Ιατροτεχνολογικές συσκευές - Σύμβολα που πρέπει να χρησιμοποιούνται με τις ετικέτες, τις πληροφορίες που παρέχονται στον φορέα ιατρικής φροντίδας - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις
- Κώδικας Ομοσπονδιακών Κανονισμών των ΗΤΑ. 21 CFR Μέρος 801. § 801.109(b)(1)
- Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οδηγίες καθαρισμού

Το επανεφοδιασμένο κάτοχο πρέπει να σκουπίζετε πρέπει να καθαρίζεται με ποιόν υπολογίστε με αντίστοιχεμε μετά τη χρήση.

Μην αποστειρώνετε σε αυτόκλειστο αυτό το καλώδιο ακριβείας.

Σημείωση:

1. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος, αναφέρετε το αμέσως στον κατασκευαστή και την τοπική αρμόδια αρχή.
2. Τα ηλεκτρόδια βελονών και τα σχετιζόμενα καλώδια προορίζονται για χρήση σε χώρο από επαγγελματίες.
3. Για χρήση σε ασθενείς όλων των ηλικιών. Όχι για χρήση σε έμβρυα.
4. Δεν κατασκευάζεται από ελαστικό φυσικού καουτσούκ.

Italiano

Supporto per elettrodo ad ago concentrico monouso DNC Dantec®

Istruzioni per l'uso

Numero di catalogo 9013C0014

In dotazione è incluso un cavo per l'elettrodo ad ago concentrico monouso DNC Dantec®. Il sistema viene fornito con una connessione orientabile e un cavo conformato, flessibile e leggero che si utilizza con facilità.

Uso previsto:

Elettrodi ad ago concentrici monouso DNC Dantec® (disponibili in confezioni da 25) che possono essere usati con questo supporto sono:

Numero ordine	Lunghezza ago	Diametro	Area di registrazione	Area colori
		Area ago	da-a	mozzo
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,03 mm²	Arancione
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Verde
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Blu
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Rosso
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Giallo

Standard di riferimento

- ISO 15223-1:2021: Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette dei dispositivi medici, nelle informazioni fornite dall'operatore del devoo essere fornite - Parte 1: Requisiti generali
- Codice delle leggi federali degli Stati Uniti. 21 CFR Parte 801. § 801.109(b)(1)
- Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Istruzioni per la pulizia

Il cavo riutilizzabile deve essere pulito con un batuffolo di alcol dopo l'uso.

Non sterilizzare in autoclave il cavo riutilizzabile.

Nota:

1. In caso di grave incidente, segnalare immediatamente al produttore e all'autorità locale preposta.
2. Gli aghetti ad ago e i cavi associati sono destinati esclusivamente all'uso professionale.
3. Utilizzabile su pazienti di tutte le età. Non destinato all'uso fetale.
4. Non prodotto con lattice di gomma naturale

Čeština

Držák pro jednorázovou koncentrickou jehlovou elektrodu Dantec® DCN

Návod k použití

Katalogové číslo 9013C0014

Součástí balení je kabel pro jednorázovou koncentrickou jehlovou elektrodu Dantec® DCN. Systém nabízí připojení s libovolnou orientací a lehký ohebný kabel, který se snadno a pohodlně používá.

Zamýšlené použití:

Koncentrické jehlové elektrody Dantec® DCN na jedno použití (dostupné v krabicích po 25 kusech), které lze používat s tímto držákem, jsou následující:

Číslo objednávky	Délka jehly	Průměr jehly	Oblast registrace	Barva krytky
		Průměr	od-do	
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,03 mm²	Oranžová
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Zelená
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Modrá
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Červená
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Žlutá

Odkazované normy

- ISO 15223-1:2021: Zdravotnické prostředky - Značky pro štítky, označování a informace poskytované se zdravotnickými prostředky - Část 1: Obecné požadavky
- Federální předpisy USA. 21 CFR část 801. § 801.109(b)(1)
- Směrnice 2012/19/EU Evropského parlamentu a Evropské rady.

Návod k čištění

Opakovaně použitelný vodič kabel je po použití třeba otřít ubrouskem napuštěným v alkoholu.

Nesterilizujte tento opakovaně použitelný vodič kabel v autoklávu.

Poznámka:

1. V případě vážné nehody okamžitě informujte výrobce a příslušný místní úřad.
2. Jehlové elektrody a přidružené kabely jsou určeny pouze pro profesionální použití.
3. Pro použití u pacientů všech věkových skupin. Není určeno k použití u plodu.
4. Není vyrobeno z latexu z přírodního kaučuku.

Magyar

Tartó Dantec® DCN egyszer használatos koncentrikus jelölőcsőhöz

Használati útmutató

Katalógusszám: 9013C0014

A csomag a Dantec® DCN egyszer használatos koncentrikus tűelektródához tartozó kábelt tartalmaz. A rendszer tájékoztatót és egy könnyen szétválasztható szétszerelő csatlakozót, valamint egy kompakt, ártyékkel kábelt kínál.

Rendeltetésszerű használat:

A tartóval a következő egyszer használatos (25 db-os csomagolásban kapható) Dantec® DCN tűelektródák használhatók:

Rendelésszám	Tűhossz	Tűátmérő	Felvételi tartomány	Kónusz szín
			Numerus	Színű
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,03 mm²	Narancssárga
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Zöld
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Kék
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Piros
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Sárga

Hivatkozott szabványok

- ISO 15223-1:2021: Orvostechnikai eszközök. Orvostechnikai eszközök címkéjének és tájékoztatójának szimbólumok. 1. rész: Általános követelmények
- Az Egyesült Államok szövetségi törvényének, az ISO 15223-1:2021 szabványnak megfelelő szimbólumok
- Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve.

Tisztítási utasítások

Az újrahasználható elektródos kábelt használat után alkoholos törlőkendő segítségével tisztítsa meg.

Tilos az újrahasználható elektródos kábel autoklávban sterilizálni.

Megjegyzés:

1. Ha súlyos rendkívüli esemény történik, azonnal jelentse a gyártónak és a helyi illetékes hatóságnak.
2. A tűelektródákat és kapcsolódó kábeleket csak szakemberek használják.
3. Minden életkorú betegnek használható szimbólumok. Nem alkalmas terhes nőknek.
4. Nem természetes gumiból készült.

Português

Suporte para eletrodos de agulha concêntrica descartáveis tüelektródához Dantec® DCN

Instruções para uso

Número do catálogo 9013C0014

Contém um cabo para eletrodo de agulha concêntrica descartável Dantec® DCN. O sistema oferece uma conexão com orientação livre e um cabo dobrável leve e flexível para facilidade de uso.

Uso pretendido:

Os eletrodos de agulha concêntrica descartáveis Dantec® DCN (disponíveis em caixas com 25 unidades) que podem ser utilizados com este suporte são:

Número de pedido	Comprimento da agulha	Diâmetro da agulha	Área de registo	Cor da tampa
		Diâmetro	de-a	
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,03 mm²	Laranja
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Verde
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Azul
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Vermelho
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Amarelo

Normas referenciadas

- ISO 15223-1:2021: Dispositivos médicos - Símbolos a serem usados com etiquetas de dispositivos médicos, informações a serem fornecidas - Parte 1: Requisitos gerais
- Código de Regulamentos Federais dos EUA 21 CFR Parte 801). § 801.109(b)(1)
- Diretiva 2012/19/UE do Parlamento e do Conselho Europeus.

Instruções de limpeza

O cabo reutilizável deve ser limpo com um lenço embebido em álcool após o uso.

Não coloque este cabo reutilizável em autoclave.

Observação:

1. No caso de um incidente grave, relate o incidente imediatamente ao fabricante e à autoridade local competente.
2. Eletrodos de agulha e os cabos associados são somente para uso profissional.
3. Para uso com pacientes de todas as idades. Não para uso fetal.
4. Não fabricado com látex de borracha natural.

中国

Dantec® DCN一次性同轴针形电极的固定器

使用说明

产品目录编号9013C0014

附件为Dantec® DCN一次性同轴针形电极的线缆。系统更海容即可实现连接，并提供轻量化的柔性电缆，便于使用。

使用目的：

适用于此固定器的Dantec® DCN系列一次性同轴针形电极（一盒25 根）有：

订货号	针长度	针直径	记录区域	针尾颜色
		针直径	从-至	针尾
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,03 mm²	橙色
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	绿色
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	蓝色
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	红色
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	黄色

参考标准

- ISO 15223-1:2021: 医疗设备 - 要用于医疗设备标签、标记和特便供的信息的符号 - 第 1 部分：一般要求
- 美国联邦规则。21 CFR 部分。§ 801.109(b)(1)
- 欧洲议会和理事会的指令 2012/19/EU。

清洁说明

使用后之后，应使用酒精棉球对可重复使用的导电线。

不要对这种可重复使用的导引电缆进行高压灭菌。

注意：

1. 因任何意外事件发生，请立即向制造商报告，并向当地主管部门报告。
2. 针电极和与之相关的电缆仅用于专业人士。
3. 适用于所有年龄的患者。不适合用于胎儿。
4. 并非由天然乳胶制造。

日本語

Dantec® DCN使い捨て同心針電極用ホルダー

使用説明書

カタログ番号 9013C0014

Dantec® DCN使い捨て同心針電極のケーブルが付属しています。システムは、簡単に取り扱いやすくするために向きを自由に変更でき、柔軟でスムーズなケーブルを提供します。

使用目的：

適用可能な Dantec® DCN使い捨て同心針電極（1箱25本入り）：

注文番号	針の長さ	針の直径	記録エリア	ハブ の色
		針の直径	開始-終了	ハブ
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,03 mm²	オレンジ
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	緑
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	青
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	赤
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	黄色

参照規格

- ISO 15223-1:2021: 医療機器 - 医療機器のラベル、ラベリングおよび提供する情報に用いる記号 - 第1部：一般要求事項
- 米国連邦規則。21 CFR パート。§ 801.109(b)(1)
- 欧州議会および理事会の指令 2012/19/EU。

お手入れに関する指示

使用後ごとに、伝使用酒精綿棒は可能重使用的導電。

不要の使用可能重使用的導引電線は消毒しないでください。

注記：

1. 深刻なインシデントが発生した場合は、直ちに製造業者および地方当局に報告する。
2. 針電極と関連する線ケーブルは、医療専門家によってのみ使用されることを前提としています。
3. あらゆる年齢の患者に使用できます。ただし、胎児に使用することは意味しません。
4. 天然ゴムラテックス製ではありません。

Русский

Держатель для одноразового концентрического игольчатого электрода Dantec® DCN

Указания по эксплуатации

Номер по каталогу 9013C0014

Прилагается кабель для одноразового концентрического игольчатого электрода Dantec® DCN. Система включает не зависящий от ориентации разъем и легкий, гибкий экранированный кабель, обеспечивающий удобство использования.

Назначение изделия.

Одноразовые игольчатые концентрические электроды Dantec® DCN (предлагаются упаковками по 25 шт.), которые могут использоваться с этим держателем:

Номер заказа	Длина иглы	Диаметр иглы	Площадь регистрации	Цвет разъема
		Диаметр	от-до	
9013S0012	22 mm	0,30 mm	0,03 mm²	Оранжевый
9013S0022	25 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Зеленый
9013S0032	37 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Синий
9013S0042	50 mm	0,46 mm	0,07 mm²	Красный
9013S0052	75 mm	0,64 mm	0,07 mm²	Желтый

Контрольные стандарты

- ISO 15223-1:2021: Медицинские устройства — символы, которые должны использоваться на маркировке медицинских устройств, маркировке и информации, которые должны предоставляться — часть 1: общие требования
- Кодекс федеральных законов США. 21 CFR часть 801. § 801.109(b)(1)
- Директива 2012/19/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС.

Инструкции по очистке

Многоразовый электрический провод после использования необходимо протереть спиртовой салфеткой.

Не стерилизуйте многоразовый соединительный кабель в автоклаве.

Примечание.

1. В случае серьезного инцидента незамедлительно сообщите производителю изделия и компетентным местным органам.
2. Игольчатые электроды и соответствующие кабели предназначены только для профессиональных пользователей.
3. Изделие предназначено для использования для пациентов всех возрастов. Не предназначено для использования беременными.
4. Изготовлено не из натурального латекса.

Nederlands

Instructies voor verwijdering:

Natus stoot zelf geen aan de richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) van 2014 van de Europese Unie te volgen. In deze verordeningen staat dat afgedankte en elektronisch afval voor een goede verwerking gescheiden moet worden ingezameld zodat AEEA veilig wordt hergebruikt of gerecycled. In overeenstemming met deze toezegging zal Natus de verplichting voor terugname en recycling van producten van Natus-merk die aan deze afspraken zijn gemaakt. Neem voor meer informatie over inzameling en verwerking in uw regio contact op met Natus via www.natus.com.

Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bestaat uit material, onderdelen en stoffen die schadelijk kunnen zijn en een gevaar vormen voor de menselijke gezondheid en het milieu als AEEA niet correct wordt afgehandeld. Daarom hebben eindgebruikers een verantwoordelijkheid om te zorgen dat AEEA wordt hergebruikt en veilig gerecycled. Gebruikers van elektrische en elektronische apparatuur mogen AEEA niet samen met andere afvalstoffen afvoeren. Bij het afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten de gemeentelijke scheidingsregelingen in acht worden genomen of de terugnameregelingen van producenten. Importeurs of geleidenteie afvalverwerkers, om zo negatieve milieueffecten te beperken en gebruik te maken van de mogelijkheden voor hergebruik, recycling en terugwinning.

Apparatuur gemarkeerd met een doorgestreepte afvalcontainer is elektrische en elektronische apparatuur. De doorkruiste afvalcontainer geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur binnen de Europese Unie afzonderlijk afval mag worden weggegooid, maar apart moet worden ingezameld.

Overzicht van symbolen

Symbool	Omschrijving
REP ISO 15223-1 Symbol 5.1.8	Catalogus/productnummer
ISO 15223-1 Symbol 5.1.6	Het catalogusnummer van de fabrikant waarmee het medische apparaat kan worden gevonden
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	LOT-nummer Het LOT-nummer van de fabrikant waarmee een bepaald medisch hulpmiddel dat kan worden gevonden.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.3	Alleen voorgeschreven voor de Amerikaanse markt onder voorbehoud van een recept volgens het Amerikaans wetboek van federale regels. 21 CFR deel 801. § 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Symbol 5.2.8	Raadpleeg voor gebruik de gebruiksaanwijzingen.
2012/19/EU	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.2	Waarschuwing Alle risico's waar een eindgebruiker zich van bewust moet zijn om een apparaat veilig te gebruiken.
2012/19/EU	Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
ISO 15223-1 Symbol 5.3.4	Droog bewaren.
MD ISO 15223-1 Symbol 5.7.7	Medisch apparaat Geeft aan dat het om een medisch hulpmiddel gaat.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.4	Opgelet Alle waarschuwingen in verband met het product aangegeven door het gehanteerdemarke symbool.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.5	Niet gemaakt met natuurlijk rubber latex.
CH REP	Fabrikant Geeft de fabrikant aan van het medische apparaat zoals gedefinieerd in de EU richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.
CH REP	Voorschriften voor medische hulpmiddelen in Zwitserland (MedDO) Geeft de gemachtigde vertegenwoordiger in Zwitserland aan.
UK REP CA REP	Geeft technische conformiteit in het Verenigd Koninkrijk aan.
UK REP CA REP MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	CE-markering Geeft Europese technische conformiteit aan.
ISO 15223-1 Symbol 5.1.11	Land van vervaardiging Identificeert land van vervaardiging van producten. De productiedatum kan naast dit symbool staan.

Ελληνικά

Σύμβολο	Περιγραφή
REP ISO 15223-1 Σύμβολο 5.1.8	Κατάλογος/αριθμός προϊόντος
ISO 15223-1 Σύμβολο 5.1.6	Κατάλογος του κατασκευαστή στον οποίο μπορεί να βρεθεί ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	Αριθμός παρτίδας Αριθμός του κατασκευαστή στον οποίο μπορεί να βρεθεί μία συγκεκριμένη ιατρική συσκευή.
ISO 15223-1 Σύμβολο 5.4.3	Η έγκριση έχει χορηγηθεί για την αγορά των ΗΠΑ, κατ' συνταγή που απαιτεί συνταγογράφηση. Κώδικας Ομοσπονδιακών Κανονισμών των ΗΠΑ. 21 CFR Μέρος 801. § 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Σύμβολο 5.2.8	Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης.
2012/19/EU	Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευασία.
ISO 15223-1 Σύμβολο 5.4.2	Προειδοποίηση - Για όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του εξοπλισμού τους σπουδές τους χρήστης πρέπει να γνωρίζει για να χρησιμοποιεί μία συσκευή ασφαλώς.
2012/19/EU	Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
MD ISO 15223-1 Σύμβολο 5.7.7	Διατηρείτε το προϊόν στεγνό
ISO 15223-1 Σύμβολο 5.4.4	Ιατροτεχνολογικού συσκευή Καθορίζει ότι το προϊόν είναι μία ιατροτεχνολογική συσκευή.
ISO 15223-1 Σύμβολο 5.4.4	Προσοχή Όλες οι ένα πληροφορίες προσοχής που σχετίζονται με το προϊόν, προσδιορίζονται με το ενδεικτικό σύμβολο.
ISO 15223-1 Σύμβολο 5.4.5	Δεν κατασκευάζεται από λατέξ φυσικού καουτσούκ
CH REP	Κατασκευαστής Καθορίζει τον κατασκευαστή της ιατροτεχνολογικής συσκευής, όπως καθορίζεται στις Οδηγίες της ΕΕ 90/385/ΕΟΚ, 93/42/ΕΟΚ και 98/79/ΕΚ.
CH REP	Ελβετικό διάταγμα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (MedDO) Υπόδειξη του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ελβετία.
UK REP CA REP	Σήμανση CE Δήλωνει την τεχνική συμμόρφωση στην Ευρώπη
UK REP CA REP MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	Χώρα κατασκευής Προσδιορίζει τη χώρα κατασκευής των προϊόντων. Η ημερομηνία κατασκευής μπορεί να προστεθεί δίπλα σε αυτό το σύμβολο.

Français

Symbole	Glossaire du simbolo
REP ISO 15223-1 Symbol 5.1.8	Numéro de produits/catalogue
ISO 15223-1 Symbol 5.1.6	Indica il numero di catalogo del produttore per consentire l'identificazione del dispositivo medico.
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	Numero di LOTTO Indica il numero di LOTTO del produttore per consentire l'identificazione di uno specifico dispositivo medico.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.3	Il dispositivo è approvato per il mercato USA, ma su prescrizione medica Codice delle leggi federali degli Stati Uniti. 21 CFR Parte 801. § 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Symbol 5.2.8	Consultare le istruzioni per l'uso.
2012/19/EU	Non usare se la confezione è danneggiata.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.2	Avvertenza Tutti i rischi associati all'uso del dispositivo di cui un utente finale deve essere a conoscenza per utilizzare un dispositivo in modo sicuro.
2012/19/EU	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
MD ISO 15223-1 Symbol 5.7.7	Tenere all'asciutto.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.4	Dispositivo medico Indica che l'articolo è un dispositivo medico.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.4	Attenzione Tutti i messaggi di attenzione associati al prodotto identificati con il simbolo di avvertenza.
ISO 15223-1 Symbol 5.4.5	Non prodotto con lattice di gomma naturale.
CH REP	Produttore Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nelle Direttive CE 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.
CH REP	Ordinanza svizzera sui dispositivi medici (MedDO) Indica il rappresentante autorizzato in Svizzera.
UK REP CA REP	Conforme alla conformità tecnica del Regno Unito.
UK REP CA REP MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	Marchio CE Indica la conformità tecnica europea.
UK REP CA REP	Paese di produzione Identifica il paese di produzione dei prodotti. La data di fabbricazione può essere posizionata accanto a questo simbolo.

Italiano

Simbolo	Significato
REP ISO 15223-1 Simbolo 5.1.8	Catalogo/prodotto/ordine
ISO 15223-1 Simbolo 5.1.6	Codice del catalogo del produttore per consentire l'identificazione del dispositivo medico.
Rx only 21 CFR Parte 801, §801.109(b)(1)	Lotto Il lotto del produttore consente di identificare un dispositivo medico specifico.
ISO 15223-1 Simbolo 5.4.3	Nepoužívejte, pokud je balení poškozeno
ISO 15223-1 Simbolo 5.2.8	Avvertenze Vlastna riska spojená s používáním zařízení, kterých si musí být konzový uživatel obeznámen, aby zařízení bezpečně používal zařízení.
2012/19/EU	Odpadní elektrická a elektronická zařízení
MD ISO 15223-1 Simbolo 5.7.7	Udržujte v suchu
ISO 15223-1 Simbolo 5.4.4	Zdravotnické zařízení Označuje, že tato položka je zdravotnickým zařízením.
ISO 15223-1 Simbolo 5.4.4	Upozornění Všechna upozornění spojená s výrobkem označená harmonizovaným symbolem.
ISO 15223-1 Simbolo 5.4.5	Není vyrobeno z latexu z přírodního kaučuku
CH REP	Výrobce Označuje výrobce zdravotnického prostředku, como definito nelle Direttive CE 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.
CH REP	Švýcarská vyhláška o zdravotnických prostředcích (MedDO) Označuje autorizovaného zástupce v Švýcarsku.
UK REP CA REP	Označuje evropskou technickou shodu
UK REP CA REP MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	Značka CE Označuje evropskou technickou shodu
UK REP CA REP	Země výroby Identifikuje zemi, v níž jsou produkty vyráběny. Vedle této značky může být uvedeno datum výroby.

Magyar

Szimbólum	Szótár/Szimbólumok
REP ISO 15223-1 Szimbólum 5.1.8	Katalógus/termékszám A gyártói katalógusszámot jelöli, amelynek alapján azonosítani lehet az orvosi eszközt.
ISO 15223-1 Szimbólum 5.1.6	Tételszám Belső tét bibe chiaro tanvilannsaro sajlíyan (rietci LOT numarsan gezdes-rir.
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	Az Egyesült Államok szövetségi törvényének szerint az Egyesült Államok piacán vényköteles eszközként engedélyezett. 21 CFR Part 801. § 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Szimbólum 5.4.3	Kalunan Talimatna Bakın.
ISO 15223-1 Szimbólum 5.2.8	Ne használja fel, ha a csomagolás sérült
2012/19/EU	Figyelmeztetés Az eszköz használatával kapcsolatos minden kockázat, amelynek a végfelhasználónak tudatában kell lennie az biztonságos használat érdekében.
MD ISO 15223-1 Szimbólum 5.7.7	Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
ISO 15223-1 Szimbólum 5.4.4	Tartsa szárazon
ISO 15223-1 Szimbólum 5.4.4	Orvostechnikai eszköz Azt jelzi, hogy az eszköz orvostechnikai eszköz.
ISO 15223-1 Szimbólum 5.4.4	Figyelem Az termékhez kapcsolódó minden elővigyázatosság intézkedést az egységes szimbólum jelzi.
ISO 15223-1 Szimbólum 5.4.5	Nem természetes gumival (latexszel) készült
CH REP	Gyártó Az orvostechnikai eszköz gyártását jelzi az EU 90/385/EGK, 93/42/EGK és 98/79/EK irányelveiben meghatározottak szerint.
CH REP	Svájci orvostechnikai szabályok (MedDO) Svájcban az egyetlen képviselőt jelzi.
UK REP CA REP	Orvostechnikai szabályok vonatkozó szabvány Svájcban (MedDO)
UK REP CA REP MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	CE-jelölés Az európai technikai megfelelőséget jelzi
UK REP CA REP	Gyártás országa Azonosítja a termékek gyártási országát. A gyártási dátumot ezen szimbólum mellett lehet feltüntetni.

Português

Símbolo	Glossário de símbolos
REP ISO 15223-1 Símbolo 5.1.8	Número de catálogo/ordem Indica o número do catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.
ISO 15223-1 Símbolo 5.1.6	Número do LOTE Indica o número do LOTE do fabricante para um dispositivo médico específico possa ser identificado.
Rx only 21 CFR Parte 801, §801.109(b)(1)	Dispositivo é liberado para o mercado dos EUA conforme exigência de uma receita do Código de Regulamentos Federais dos EUA. 21 CFR Parte 801). § 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Símbolo 5.4.3	Consulte as instruções de uso.
ISO 15223-1 Símbolo 5.2.8	Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
2012/19/EU	Advertência Todos os riscos associados com o uso do equipamento de que um usuário deve estar consciente para utilizar um dispositivo com segurança.
MD ISO 15223-1 Símbolo 5.7.7	Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos.
ISO 15223-1 Símbolo 5.4.4	Mantenha seco.
ISO 15223-1 Símbolo 5.4.4	Dispositivo médico Indica que o item é um dispositivo médico.
ISO 15223-1 Símbolo 5.4.4	Cuidado Todos os cuidados associados com o produto identificados com o símbolo gráfico.
ISO 15223-1 Símbolo 5.4.5	Não fabricado com látex de borracha natural.
CH REP	Fabricante Indica o fabricante do dispositivo médico, como definido nas Diretivas EU 90/385/EC, 93/42/EC e 98/79/EC.
CH REP	Portaria sobre dispositivos médicos da Suíça (MedDO) Indica o representante autorizado na Suíça.
UK REP CA REP	Conformidade técnica do Reino Unido.
UK REP CA REP MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	Marca CE Significa conformidade técnica europeia
UK REP CA REP	País de fabrico Identifica o país de fabrico dos produtos. A data de fabrico pode aparecer junto a este símbolo.

中国

符号	符号汇编
REP ISO 15223-1 Symbol 5.1.8	目录/产品编号 你必须提供的目录号，以便可以识别医疗设备。
ISO 15223-1 Symbol 5.1.6	批号 制造商批号，以便可以识别特定的医疗设备。
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	根据美国联邦法规的要求，处方方向供应在美国市场使用。21 CFR 第 801 部分。§ 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Symbol 5.4.3	请参考使用说明。
ISO 15223-1 Symbol 5.2.8	如包装受损，请勿使用。
2012/19/EU	警告 用户必须注意与使用设备有关的所有风险，以安全地使用设备。
MD ISO 15223-1 Symbol 5.7.7	报废的电气与电子设备。
ISO 15223-1 Symbol 5.4.4	保持干燥。
ISO 15223-1 Symbol 5.4.4	医疗设备 指示该物品是医疗设备。
ISO 15223-1 Symbol 5.4.4	注意 与使用统一符号标的产品有关的所有注意事项。
ISO 15223-1 Symbol 5.4.5	非采用天然橡胶制成。
CH REP	制造商 根据欧盟指令 90/385/EEC、93/42/EEC 和 98/79/EC 定义的医疗设备制造商。
CH REP	瑞士医疗器械条例 (MedDO) 表示瑞士授权代理人。
UK REP CA REP	符合英国技术规定。
UK REP CA REP MDR 2017/745, EU Medical Device Regulation	制造商 根据欧盟指令生成的。二维码中的制造商信息可在该符号旁边。
UK REP CA REP	制造国 指定产品的制造国。制造日期可能出现在该符号旁边。

日本語

記号	用語集/シンボル
REP ISO 15223-1 Symbol 5.1.8	カタログ番号 / 製品番号 医療機器を識別するための製造業者のカタログ番号を示します。
ISO 15223-1 Symbol 5.1.6	ロット番号 特定の医療機器を識別するための製造業者のロット番号を示します。
Rx only 21 CFR Part 801, §801.109(b)(1)	機器は米国連邦規則法規の要求に基づき、処方箋を介在医療点米国市場使用。21 CFR 第 801 部分。§ 801.109(b)(1)
ISO 15223-1 Symbol 5.4.3	使用説明書を参照してください。
ISO 15223-1 Sym